

PCPR.031.2.2017

Lubaczów, dnia 15.09.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w ramach projektu pn.: „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ.

Dotyczy: pkt I Podnośnik transportowo kąpielowy (6 szt.)

Pyt. 1:

Czy Zamawiający wyodrębni osobny pakiet z podnośnikami transportowymi?
Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na wielkość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści oferowane parametry urządzenia:

- regulowany za pomocą siłownika elektryczno- mechanicznego,
- sterowanie przy pomocy przewodowego pilota,
- podnośnik wyposażony w 4 koła ogumowane, w tym 2 tylne z blokadą,
- czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji, mocowany na hakach,
- możliwość opuszczania podnośnika przy pomocy klucza imbusowego w razie awarii zasilania,
- wysokość podstawy jezdnej: 65 mm umożliwia podjechanie pod łóżko pacjenta,
- udźwig: 180 kg,
- możliwość stosowania podnośnika w temperaturze -10⁰C- 40⁰ C,
- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo,

- możliwość rozszerzenia podstawy zapewnia pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego,
- możliwość manewrowania na małej przestrzeni - wystarczy powierzchnia 140cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z podnośnika,
- pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści podnośnik o takich parametrach pod warunkiem, że pozostałe parametry nie podane w opisie będą zgodne z SIWZ.