

Zał. nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część ogólna:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów w ramach projektu „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń Pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa sprzętu przez Wykonawcę, o którym mowa w niniejszym załączniku nastąpi w dwóch terminach:

1. Dostawa I części zamówienia (wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ): **w terminie od daty zawarcia umowy do 30.10.2017 r.**
2. Dostawa II części zamówienia (wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ): **w terminie od 01.02.2018 r. do 30.03.2018 r.**

Wymagania ogólne stawiane wszystkim urządzeniom dostarczanym w ramach zamówienia:

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
- Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
- Minimalny okres gwarancji oferowany na wszystkie elementy dostawy wynosi 12 miesięcy od daty przekazania całego wyposażenia Zamawiającemu, tj. od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru dostaw.

Opis sprzętu:

I. Podnośnik transportowo-kąpielowy (szt. 6)

Podnośnik powinien posiadać:

- funkcję elektrycznego podnoszenia,
 - rozszerzalne nogi podstawy zapewniające stabilność,
 - 24 V system z wymiennym akumulatorem,
 - możliwość złożenia,
 - zwartą konstrukcję,
 - cztery kółka jezdne, w tym dwa tylne z hamulcem,
 - ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika,
 - wieszak pokryty materiałem antypoślizgowym,
 - uprząż transportowo-sanitarną,
 - akumulator z dołączoną stacją ładującą,
 - pilot sterujący,
 - zakres podnoszenia 74 - 198 cm (możliwa tolerancja max 5 cm)
-
- udźwig co najmniej 150 kg.

II. Wózek toaletowy z podparciem na podudzie (szt. 4)

Wózek powinien posiadać:

- wygodną, komfortową tapicerkę,
- odchylane oparcie skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne, obsługiwane przez użytkownika siedzącego na wózku (zarówno rozkładanie oparcia jak również składanie),
- odchylane do poziomu podnóżki z podparciem łydek,
- pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
- tapicerowaną podłużną zatyczkę toaletową siedziska,
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalne całe oparcie,
- szerokość siedziska: co najmniej 420 mm,
- wysokość siedziska: co najmniej 500 mm,
- głębokość siedziska: co najmniej 450 mm,



- wysokość oparcia: co najmniej 550 mm,
- grubość siedziska: co najmniej 60 mm,
- max. obciążenie: co najmniej 100 kg.

III. Rampa aluminiowa składana (6 szt.)

Rampa powinna posiadać:

- szyny najazdowe składane trzy razy,
- konstrukcję aluminiową,
- perforowaną powierzchnię i otwory w celu odprowadzania zanieczyszczeń,
- specjalny uchwyt do przenoszenia,
- długość po rozłożeniu, co najmniej 200 cm,
- długość po złożeniu: nie więcej niż 100 cm,
- waga szyny nie więcej niż 6 kg,
- szerokość co najmniej 18 cm,
- obciążenie (para) co najmniej 260 kg.